



冷光影像分析儀

Luminescence-Image Analyzer

【儀器原理及功能】

分析冷光影像，可用於Western，Northern Blot等實驗，當實驗的目標物附著於膜上，用含發冷光的材料附在目標物上時，即使是少量的物質，可由此儀器追蹤冷光而偵測到。

【儀器說明】

廠牌及型別：Kodak。

主要附件：主體。

購置年月：89年12月。

經費來源：教育部、嘉義大學。

【服務項目】

- a. 本校師生之研究。
- b. 管理單位提供技術指導及諮詢服務。

【申請辦法】

- a. 使用儀器需先向管理單位分子與生物學系提出申請。經由管理人確認會操作後方得使用。
- b. 可提前兩天內預約使用。若預約後，兩次爽約者，一個月內不得預約。

【樣品準備須知】確保儀器之清潔。

【收費標準】無。

【連絡人】

管理負責人：周微茂老師(271-7789，A25-403室)。

技術諮詢老師：周微茂老師(271-7789，A25-403室)。

【儀器室地點】A25-204 (公用儀器室)。

【使用準備須知】必須由管理人或技術諮詢老師確認會操作使用，始可使用。

冷光影像分析儀
Luminescence-Image Analyzer

